



Valves de PEEP et accessoires pour les heaumes StarMed



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**

Valves de PEEP

Valves de PEEP réglables pour thérapie CPAP



Référence	Connexion	Qté/bte
SPV 20	22mm mâle	10
SPV22F	22mm femelle	10
SPV30F	30mm femelle	10

Valve de surpression

Valve de surpression pour



Référence	Description	Qté/bte
CP922	Valve de surpression	10

Accessoires



STR/028

STR/014

STR/019

CP903

CP908

CP917

SPV108

CP924

CP900

CP920

CP906

CP912

Référence	Description	Qté/bte
STR/028	Hublot pour aérosolthérapie avec embout buccal pour l'inhalation de médicaments nébulisés pendant la thérapie CPAP ou VNI	5
STR/014	Raccord droit 22F/22F pour connexion du heaume selon la configuration de circuit respiratoire	10
STR/019	Bouchon 22F pour obturer la sortie expiratoire du heaume selon la configuration du circuit respiratoire	10
CP903	Poire de gonflage pour gonfler le coussin intégré présent sur certaines gammes de heaumes	5
CP908	Bouchons d'oreilles pour accroître le confort du patient pendant la thérapie	25
CP917	Adaptateur 22F/22F avec manomètre intégré pour convertir un heaume VNI en heaume CPAP	5
SPV108	Adaptateur 22F/22F avec manomètre intégré et valve de PEEP réglable pour convertir un heaume VNI en heaume CPAP immédiatement prêt à l'emploi	10
CP924	VentuPlus générateur de débit Venturi	10
CP900	Fixations axillaires de rechange. Fixations standard de rechange pour heaumes adultes CaStar et Ventukit	5
CP920	Fixations axillaires de rechange pour CaStar Up. Fixations de rechange pour les séries de heaumes adultes CaStar Up	5
CP906	Sangles élastiques à fentes pour fixation au lit. Un système de fixation alternatif pour les heaumes	5
CP912	Harnais nourrisson. Fixation de rechange pour heaume Infant Low (petit)	5

STARMed
Voir la gamme

www.intersurgical.com/info/starmed



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.47_FR • Issue 4 06.20